

**Sub-projekt:** Domácí hospicová péče – dostupnost a kvalita bez kompromisů  
**Registrační číslo sub-projektu:** CH.10/3/084  
**Realizátor sub-projektu:** Charita Zábřeh  
**Poskytovatel dotace:** Ministerstvo zdravotnictví ČR, Program švýcarsko – české spolupráce

## Dodatečná informace č.1

### k zakázce „Pořízení zdravotnických potřeb, zdravotnických přístrojů“

Vypořádání žádosti o dodatečné, doplňující informace, dotaz byl doručen uchazečem 7.6.2016 ve 10:49 hodin emailem.

#### Dotaz uchazeče:

*„Připravujeme podklady pro podání nabídky (některých z částí) a ráda bych se dotázala k části 3. – Tonometry.*

*Jedním z parametrů, které uvádíte, je „10-ti letá záruka na kalibraci“.*

*Máme tomu rozumět tak, že po dobu 10-ti let žádáte o provádění PBTk a metrologických ověření u 14 ks tonometrů zdarma?*

*Takováto záruka je zcela bezpředmětná, jelikož máte zákonnou povinnost nechat si tonometr ověřit každé 2 roky.*

*Prosím o ověření této podmínky zadávací dokumentace.“*

#### Odpověď zadavatele:

Parametr „10-ti letá záruka na kalibraci“ neznámá, že by měly být prováděny preventivní PBTk a metrologická ověření u 14 ks poptávaných tonometrů pro nás zdarma, na náklady dodavatele vzešlého z výběrového řízení. Zákonné povinnosti jsme si vědomi a ověřování tonometrů takto co 2 roky provádíme.

Požadovaná záruka z parametru „Výzvy“ je myšlena tak, že v případě zjištění odchylky, pro kterou by tonometr při této kontrole neprošel ověřením a stal se nevyhovujícím, dojde v průběhu běhu takovéto záruční doby k jeho bezplatné opravě či výměně dodavatelem za nový.

V Zábřehu 9.6.2016

Bc. Jiří Karger, v.r.