

Sub-projekt: Domácí hospicová péče – dostupnost a kvalita bez kompromisů
Registrační číslo sub-projektu: CH.10/3/084
Realizátor sub-projektu: Charita Zábřeh
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Program švýcarsko – české spolupráce

Dodatečná informace č.2

k zakázce „Pořízení zdravotnických potřeb, zdravotnických přístrojů“

Vypořádání žádosti o dodatečné, doplňující informace, dotaz byl doručen uchazečem 9.6.2016 ve 21:38 hodin emailem.

Dotaz uchazeče:

„Dotaz 1 - prosíme upravit/vysvětlit parametr v části 7. Elektrická lůžka, kde jako jeden z parametrů zadání je uvedeno: - dutá čela. Co tímto termínem Zadavatel přesně myslí, jak toto chápat?“

Odpověď zadavatele:

Pod specifikací požadavku „duté čela“ je myšleno to, že kovové části (přední a zadní rám čel vč. případné konstrukce zdvihu a polohování) postele budou zakryty a z obou stran „schovány“ dovnitř dutých dřevěných čel.

Jde nám - s ohledem na charakter určení tohoto vybavení - o co nejvíce civilní a co nejméně „nemocniční“ vzhled polohovacích postelí, taktéž jsme k této volbě přistoupili z důvodu snadnější očisty rovných ploch.

V Zábřehu 10.6.2016

Bc. Jiří Karger, v.r.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Podpořeno z Programu švýcarsko-české
spolupráce (Supported by a grant from
Switzerland through the Swiss Contribution to
the enlarged European Union)



MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY